

Odpowiedzi na pytania do postępowania na wykonanie usługi skanowania 3D preparatów anatomicznych dot. projektu: 31/020/DL 24/0061.

Zamawiający wymaga rozdzielczości co najmniej 12 megapikseli oraz rozdzielczość pomiędzy punktami skanowania była nie większa niż 0.07mm.